项目主要技术参数要求

一、项目概况

本项目采购内容为液氦 150 公升，并加注至核磁共振波谱仪内。

二、采购预算

本采购项目包含液氦、路费、人工费及将液氦加注至核磁共振波谱仪内等全部费用，预算最高控制价为人民币 43,000 元（含税），报价超过最高控制价的无效。报价人须对以下全部内容响应，不接受仅针对部分内容的报价。

三、参数要求

液氦纯度 99.999%以上，杂质参数要求如下：

杂质项目	高纯氦标准限值
氢（H_2）	$<1\times10^{-6}$
氧+氩（O_2+Ar）	$<1\times10^{-6}$
氮（N_2）	$<2\times10^{-6}$
一氧化碳（CO）	$<0.5\times10^{-6}$
二氧化碳（CO_2）	$<0.5\times10^{-6}$
甲烷（CH_4）	$<0.5\times10^{-6}$
水分（H_2O）	$<3\times10^{-6}$

四、响应材料

1.营业执照复印件；

2.法人身份证复印件；

3.报价表（需包含每升液氦单价和总价）和报价人联系方式，格式自拟；

4.资质材料证明（①危险化学品经营许可证、②道路危

险货物运输资质、③纯度杂质参数证明）；道路危险货物运输资质为合作运输公司的，须提供有效合同复印件。

备注：以上材料均需加盖公章。

五、评审方法

符合条件并报价最低者为中标单位。

六、其他事项

本次采购项目数量 150 公升为最大数量，若实际加注液氦不足 150 公升，按中标单价进行核算。

七、报价截止时间

报价文件应于公告截止日期 24:00（北京时间）之前寄至联系人：邓老师 联系电话：15080025560 联系地址：福建省福州市闽侯县上街镇福建师范大学旗山校区理工楼 13 南 106，未在采购公告期内送达视为未参与本次采购。